

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER L'ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO PER LA VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA PER UFFICIO MEDICO COMPETENTE DELL'ASST CREMA**

Si rende noto che l'ASST di Crema, con sede in Crema, Largo Ugo Dossena n.2 ha pubblicato sulla Piattaforma Sintel richiesta d'offerta per la fornitura di:

N. 1 Apparecchiatura per la valutazione funzionale visiva:  
dedicata allo screening visivo da installare presso il medico competente per le visite dei lavoratori dell' ASST di Crema.  
completamente digitale  
protocolli preimpostati e istruzioni guida per l'operatore  
possibilità di creazione di protocolli personalizzati  
risultati di tests immediatamente visualizzabili  
presenza di modalità automatica di esecuzione dei test  
luminanza uniforme e costante dei test indipendentemente dalle condizioni di luce ( da norma ISO 8596 pari a 200 cd/m<sup>2</sup>)  
presenza di istruzioni online

Test eseguibili:

Visione da lontano e visione da vicino  
per singolo occhio e visione binoculare  
tendenza Ametropica con test Bicromatico  
Rilevamento Forie in verticale ed orizzontale  
Rilascio dell'accomodazione, Acuità: lettere/ numeri /Landolts / Snelle / Raskin, Scale logaritmiche / stereoscopia  
Test Refrattivi: Bicromatico (Rosso/Verde), Astigmatismo, Tendenza Ipermetropica  
Test Non Refrattivi: Test dei colori con tavole di ISHIHARA, Sensibilità al contrasto, Campo visivo orizzontale

Completo di

1 kit di visione intermedia  
1 campimetria orizzontale  
pc per l'esportazione del test nella cartella del paziente.

Procedura ID Sintel: 156335700

**L'importo complessivo è stimato in € 4000,00 iva esclusa.**

Le ditte interessate potranno presentare la propria offerta accedendo alla procedura e caricando la documentazione specificata nella richiesta.

**Termine per la presentazione delle offerte: ore 10.00 del 06/07/2022.**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'U.O. Gestione Acquisti – Dr.ssa Ylenia Tomella – tel. 0373280600.

IL DIRETTORE DELL'U.O. GESTIONE ACQUISTI  
f.to Dott.ssa Emma Bolzani

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo n. 39/1993, ART. 3 comma 2".*

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Emma Bolzani