

Crema, 12/03/2026

SC GESTIONE ACQUISTI

INDAGINE DI MERCATO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CAPPA PER LA RIDUZIONE DI PEZZI ANATOMICI DA DESTINARE ALLA S.S.D. ANATOMIA PATOLOGICA

Si rende noto che l'ASST di Crema, con sede in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, sito internet: www.asst-crema.it, ha pubblicato sulla Piattaforma Sintel Indagine di mercato per l'individuazione del contraente cui affidare, la fornitura e installazione di:

N. 1 Cappa idonea per la protezione del personale esposto al rischio inalazione di sostanze chimiche volatili nocive prodotte durante la riduzione di campioni freschi da fissare e già fissati in formalina.

Rispondente alla normativa per le cappe chimiche e biologiche

EN14175

Classe II secondo EN12469 e Classe 100 secondo U.S. Federal Standard dotata di filtri HEPA H14 e filtro a carboni attivi.

Espulsione da prevedersi canalizzata all'esterno dell'edificio: dovranno essere forniti anche i raccordi necessari per consegnare l'opera finita

regolazione automatica della velocità di flusso per mantenere costante la velocità e il rapporto aria ricircolante-aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri

Accesso ai filtri frontale

Dimensioni massime di ingombro: larghezza cm 180 x profondità cm 80

piano di lavoro:

- Dotato di lavello di dimensioni massime indicative 40x40 cm, a destra dell'operatore con rubinetto miscelatore a doccetta estraibile e leva clinica da collegare a scarico e rete idrica esistenti;
- Dotato di pozzetto di raccolta della formalina, a sinistra dell'operatore, con filtro anti-occlusione, coperchio, da collegarsi al serbatoio esterno esistente di formalina;
- dispenser della formalina con erogatore a collo di cigno per formalina fresca collegato a tanica da posizionarsi sotto il piano di lavoro;
- mensola interna lungo tutta la lunghezza di profondità circa 15 cm;
- zona per riduzione reperti perforata e rimovibile con vasca sottostante di raccolta reflui dotata di ugelli di lavaggio a comando con acqua corrente da convogliarsi nello scarico dotato di opportuno filtro;
- struttura in acciaio inox AISI almeno 304 resistente alla corrosione;
- Protezione frontale per l'operatore rimovibile.

Camera di lavoro in acciaio inossidabile AISI almeno 304 dotata di:

- n. 3 prese elettriche di classe IP 55;
- lampada UV germicida;
- lampade per illuminazione area di lavoro;
- braccio orientabile con lente d'ingrandimento retroilluminata;
- Predisposta per l'integrazione di sistemi di acquisizione video e foto con possibilità di zoom, sistema di registrazione vocale e possibilità di condivisione immagini streaming su altre postazioni pc.

Quadro di comando controllato da microprocessore di ultima generazione dotato di:

- display digitale con visualizzazione della velocità di flusso e del n° ore di lavoro effettuate;
- allarmi acustici e visivi per anomalie di funzionamento.

Cappa completa di supporto da pavimento adatta a operatore seduto e idoneo anche a stoccaggio delle taniche e ad un contenitore rifiuti sotto il lavandino.

Oltre al manuale completo e in lingua italiana, si chiede che l'installazione ed il collaudo siano eseguiti da personale tecnico autorizzato dal produttore, che esegua in loco anche le misure relative alla velocità di flusso all'interno e alla barriera, smoke test e conta particellare.

L'offerta dovrà essere comprensiva del materiale di consumo di seguito dettagliato:

Materiale di consumo	Quantità annua presunta
Filtri carbone attivo ed HEPA	1+1

È richiesta la garanzia full risk di almeno 12 mesi con incluse manutenzioni correttive illimitate, manutenzioni preventive, controlli funzionali secondo indicazioni del Costruttore e cambio filtri al bisogno.

ID SINTEL: 216321822

Le ditte interessate potranno presentare la propria offerta accedendo alla procedura e caricando la documentazione specificata nella richiesta.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 30/03/2026.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

f.to Rita Cantoni

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo n. 39/1993, ART. 3 comma 2°.