

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI RICHIESTA DI OFFERTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CARDIOTOCOGRFO PER LA U.O. SALA PARTO.**

Si rende noto che l'ASST di Crema, con sede in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, ha pubblicato sulla Piattaforma SinTel richiesta di offerta per la fornitura di:

apparecchio per il monitoraggio del battito cardiaco fetale prepartum e intrapartum e delle contrazioni uterine intrapartum completo di telemetria con le seguenti caratteristiche:  
dotato di ampio display di visualizzazione e/o controllo parametri  
possibilità di monitoraggio gemellare  
possibilità di funzionamento a batteria  
completo di trasduttore cardio a tenuta d'acqua  
misurazione di pressione non invasiva della madre  
misurazione della saturimetria della madre  
possibilità di misurazione del segnale ecg del feto con elettrodo a scalpo fetale  
allarmi acustici e visivi con possibilità di impostazione di limiti inferiori e superiori per i parametri monitorati  
dotato di marcatore evento  
possibilità di inserimento dei dati anagrafici e clinici della paziente  
dimensioni compatte  
completo di:  
trasduttore/i per la misurazione cardio e toco della madre  
n. 2 sonde cardio per il feto in aggiunta a tenuta d'acqua  
modulo di telemetria per il controllo wireless cardio e toco  
stampate integrata  
carrello  
sistema di fissaggio sonde.

ID Procedura Sintel: **174238086**

Le ditte interessate potranno presentare la propria offerta accedendo alla procedura e caricando la documentazione specificata nella procedura.

Nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 28/9/2023

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'U.O. Gestione Acquisti – Gianluca Bianchessi tel. 0373-280533

**IL DIRETTORE DELL'U.O. GESTIONE ACQUISTI**

f.to Dott.ssa Rita Cantoni

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo n. 39/1993, ART. 3 comma 2°.